

Certificat de Contrôle Qualité

Produit

Date

Désignation	Référence	Code EAN
CYSTI'TEST AAZ	TR-URI-002	3770011742479

Numéro de Lot	Date de péremption
<input type="text" value="N2402014"/>	<input type="text" value="30/08/2026"/>

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TU.24-B (20231221)

Contrôle des performances

Un échantillon positif leucocytes et nitrites (fig.1), un échantillon positif nitrites (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon positif leucocytes et nitrites

Figure 2. Echantillon positif nitrites

Figure 3. Echantillon négatif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

Signature et Tampon


Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Chimie Clinique, Biochimie automatisée et de l'Urgence
HÔPITAL COCHIN - PORT ROYAL - APHP
Tel : 01 58 41 19 18 Fax : 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr