

# Certificat de Contrôle Qualité

Produit

Date

Désignation	Référence	Code EAN
CYSTI'TEST AAZ	TR-URI-004	3770011742684


Numéro de Lot	Date de péremption
<input type="text" value="N2403010"/>	<input type="text" value="30/09/2026"/>

## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TU.31-A (20240222)

## Contrôle des performances

Un échantillon positif leucocytes et nitrites (fig.1), un échantillon positif nitrites (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon positif leucocytes et nitrites

**Figure 2.** Echantillon positif nitrites

**Figure 3.** Echantillon négatif.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot  sont conformes.

IGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUA

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

Signature et Tampon

  
Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
Hôpital Cochin - APHP  
Tél : 01 58 41 18 14 Fax : 01 58 41 31 84  
camille.gobeaux@aphp.fr