

Produit	Désignation	Référence	Code EAN	Date
	CYSTI'TEST - AAZ	TR-URI-003	3770011742486	25/06/2024

Numéro de Lot N2306011	Date de péremption 31/12/2025
----------------------------------	---

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence **AAZ.TU.26-A (20230522)**

Contrôle des performances

Un échantillon positif leucocytes et nitrites (fig.1), un échantillon positif nitrites (fig.2) et un échantillon positif protéines (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon positif leucocytes et nitrites.

Figure 2. Echantillon positif nitrites.

Figure 3. Echantillon positif protéines.

Figure 4. Echantillon négatif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **N2306011** sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **24/06/2024**

Signature et Tampon



The stamp contains the following text:

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Praticien Hospitalier

Service de Diagnostic Biologique Automatisé

GH COCHIN - BROCA - HOTEL DIEU, HUPC

Tél. : 01 58 41 19 18 - Fax : 01 58 41 31 84

camille.gobeaux@aphp.fr