

Produit	Désignation	Référence	Code EAN	Date 25/06/2024
	CYSTI'TEST - AAZ	TR-URI-003	3770011742486	

Numéro de Lot N2312009	Date de péremption 30/06/2026
----------------------------------	---

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence **AAZ.TU.26-B (20231201)**

Contrôle des performances

Un échantillon positif leucocytes et nitrites (fig.1), un échantillon positif nitrites (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon positif leucocytes et nitrites.

Figure 2. Echantillon positif nitrites.

Figure 3. Echantillon positif protéines.

Figure 4. Echantillon négatif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **N2312009** sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **24/06/2024**

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique, Anatomie
GH COCHIN - BROCA - HÔTEL DIEU, APHP
Tél. : 01 56 41 19 16 / Fax : 01 56 41 31 54
camille.gobeaux@aphp.fr