

# Certificat de Contrôle Qualité

Produit

Date

Désignation	Référence	Code EAN
TROD ANGINE - AAZ	TR-ANG-008	3770011742172


Numéro de Lot	Date de péremption
<input type="text" value="2212113"/>	<input type="text" value="30/11/2024"/>

## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TA.09-B (20191118)

## Contrôle des performances

Un échantillon positif fort (fig.1), un échantillon positif faible (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon positif fort.

**Figure 2.** Echantillon positif faible.

**Figure 3.** Echantillon négatif.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot  sont conformes.

IGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUA

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

Signature et Tampon