

# Certificat de Contrôle Qualité



Hôpital Cochin  
Port-Royal  
AP-HP

Produit

Date 25/06/2024

| Désignation       | Référence  | Code EAN      |
|-------------------|------------|---------------|
| TROD ANGINE - AAZ | TR-ANG-009 | 3770011742691 |

Numéro de Lot

2403134

Date de péremption

31/05/2026

## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : [AAZ.TA.45-A \(20240117\)](#)

## Contrôle des performances


Un échantillon positif fort (fig.1), un échantillon positif faible (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon positif fort.



**Figure 2.** Echantillon positif faible.



**Figure 3.** Echantillon négatif.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot 2403134 sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

24/06/2024

Signature et Tampon

