

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	TR-CGR-001	3770011742288

**Numéro de Lot**  
**I2403295**

**Date de péremption**  
**30/03/2026**

**Procédure de test**

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.VT.09-D (20231003)**

**Contrôle des performances**

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon positif VRS.

**Figure 3.** Echantillon positif grippe.

**Figure 4.** Echantillon positif COVID.

**Conclusion**

Les résultats du contrôle du lot **I2403295** sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date **05/09/2024**

Signature et Tampon

