

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	TR-CGR-001	3770011742288

**Numéro de Lot**

**I2406263**

**Date de péremption**

**30/06/2027**

**Procédure de test**

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

**AAZ.VT.09-D (20231003)**

**Contrôle des performances**

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon faiblement positif VRS (fig.2), un échantillon faiblement positif grippe (fig.3) et un échantillon faiblement positif COVID ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon faiblement positif VRS.

**Figure 3.** Echantillon faiblement positif grippe.

**Figure 4.** Echantillon faiblement positif COVID.

**Conclusion**

Les résultats du contrôle du lot **I2406263** sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

**17/09/2024**

Signature et Tampon

  
 Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
 Praticien Hospitalier  
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
 GH COCHIN - BROCA - HÔTEL DIEZ, HUPC  
 Tél : 01 58 41 19 16 | Fax 01 58 47 31 84  
 camille.gobeaux@aphp.fr