

Certificat de Contrôle Qualité

| Désignation | Référence | Code EAN |
|----------------|------------|---------------|
| COV-GRIP - AAZ | TR-COG-001 | 3770011742073 |

| |
|---------------|
| Numéro de Lot |
| 2301353 |

| |
|--------------------|
| Date de péremption |
| 31/12/2024 |

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.CG.09-A (20201022)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon faiblement positif COVID (fig.2) et un échantillon faiblement positif grippe (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon faiblement positif COVID. **Figure 3.** Echantillon faiblement positif grippe

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot 2301353 sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

17/09/2024

Signature et Tampon


Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
Hôpital Cochin - APHP
Tél. : 01 56 41 19 16 / Fax : 01 56 41 31 84
camille.gobeaux@cochin.aphp.fr