

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COVID-VIRO ALL IN	AS-COV-005	3770011742158

Numéro de Lot

I2406301

Date de péremption

30/06/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.CVA.09-C (20211217)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon positif COVID (fig.2) ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.



Figure 2. Echantillon positif COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot I2406301 sont conformes.

LA SIGNATURE CI-DESSOUS INDIQUE QUE LE LOT DE PRODUIT CI-DESSUS A SATISFAIT À TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

17/09/2024

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
GH COCHIN - BRDC - HÔTEL DIEU, HUPC
Tél.: 01 58 41 19 10 | Fax: 01 58 41 21 94
camille.gobeaux@cochin.ap-hop-paris.fr

