

Certificat de Contrôle Qualité

| Désignation | Référence | Code EAN |
|-------------------|------------|---------------|
| TROD'ANGINE - AAZ | TR-ANG-008 | 3770011742172 |

| |
|---------------|
| Numéro de Lot |
| 2407124 |

| |
|--------------------|
| Date de péremption |
| 31/10/2026 |

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TA.09-E (20240110)

Contrôle des performances

Un échantillon positif (fig.1) et un échantillon négatif (fig.2) ont été testés.




Figure 1. Echantillon positif fort.

Figure 2. Echantillon positif faible.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot 2407124 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

05/092024

Signature et Tampon

