

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
TROD'ANGINE - AAZ	TR-ANG-008	3770011742172

Numéro de Lot
2407258

Date de péremption
31/10/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TA.09-E (20240110)

Contrôle des performances

Un échantillon positif (fig.1) et un échantillon négatif (fig.2) ont été testés.



Figure 1. Echantillon positif.

Figure 2. Echantillon négatif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot 2407258 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

05/09/2024

Signature et Tampon

