

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN DUO - AAZ	TR-COG-002	3770011742318


Numéro de Lot	Date de péremption
D-FR24001	31/08/2025

**Procédure de test**

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.VD.09-D (20220901)

**Contrôle des performances**

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon positif COVID.

**Figure 3.** Echantillon positif grippe

**Conclusion**

Les résultats du contrôle du lot **D-FR24001** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date **03/10/2024**

Signature et Tampon



Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biochimique Automatisé  
DH COCHIN - HÔPITAL COCHIN, APHP  
Tél. : 01 58 41 19 16 / Fax : 01 58 41 19 16  
camille.gobeaux@aphp.fr