

# Certificat de Contrôle Qualité

| Désignation      | Référence  | Code EAN      |
|------------------|------------|---------------|
| ALL IN DUO - AAZ | TR-COG-002 | 3770011742318 |

| Numéro de Lot | Date de péremption |
|---------------|--------------------|
| D-FR24003     | 31/08/2025         |

## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.VD.09-B (20220901)

## Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon positif COVID.

**Figure 3.** Echantillon positif grippe

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **D-FR24003** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

03/10/2024

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
DH COCHIN - IMBICA - HCF EL DIELA, HAPC  
Tel : 01 58 41 19 16 | Fax : 01 58 41 31 94  
camille.gobeaux@cochin.aphp.fr