

Certificat de Contrôle Qualité



Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN DUO - AAZ	TR-COG-002	3770011742318

Numéro de Lot	Date de péremption
D-FR24004	31/08/2025

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.VD.09-B (20220901)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.



Figure 2. Echantillon positif COVID.




Figure 3. Echantillon positif grippe

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **D-FR24004** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

03/10/2024

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX Praticien hospitalier Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence Hôpital Cochin - APHP - Hôpital Cochin, Hôpital Tél. 01 56 41 19 16 Fax 01 56 47 31 84 camille.gobeaux@chc.ap-hop.fr
