

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	TR-CGR-001	3770011742288

Numéro de Lot I2402056	Date de péremption 28/02/2026
----------------------------------	---

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.VT.09-D (20231003)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon faiblement positif COVID ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif VRS.

Figure 3. Echantillon positif grippe.

Figure 4. Echantillon faiblement positif COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **I2402056** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **03/10/2024**

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Préventif Automatisé, Biochimie
GH COCHIN - BROCA - HOTEL DIEU, HUPC
Tél. : 01 58 41 19 10 Fax: 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr

