

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	TR-CGR-001	3770011742288

**Numéro de Lot**  
**I2409421**

**Date de péremption**  
**31/08/2026**

**Procédure de test**

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.AVT.09-A (20240711)**

**Contrôle des performances**

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon positif VRS.

**Figure 3.** Echantillon positif grippe.

**Figure 4.** Echantillon positif COVID.


**Conclusion**

Les résultats du contrôle du lot **I2409421** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date **28/11/2024**

Signature et Tampon

  
 Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
 Praticien Hospitalier  
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé et de Biochimie  
 GH COCHIN - HROCC - HÔTEL DIEZ, HUPC  
 Tél. : 01 58 41 13 16 | Fax : 01 58 47 21 84  
 camille.gobeaux@aphp.fr