

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COVID-VIRO - AAZ	TR-COV-006	3770011742042

Numéro de Lot
2409261

Date de péremption
31/12/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.CV.09-O (20211012)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon faiblement positif (fig.2) ont été testés.




Figure 1. Echantillon négatif.




Figure 2. Echantillon positif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

2409261

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence

Hôpital Cochin, APHP

Date

28/11/2024

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
DH COCHIN - BROCA - HÔTEL DIEZEL, HUPC
Tél : 01 56 41 19 19 | Fax : 01 56 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr

