

Certificat de Contrôle Qualité

| Désignation | Référence | Code EAN |
|------------------|------------|---------------|
| COVID-VIRO - AAZ | TR-COV-006 | 3770011742042 |

| |
|---------------------------------|
| Numéro de Lot 2410187 |
|---------------------------------|

| |
|---|
| Date de péremption 31/07/2027 |
|---|

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.CV.09-O (20211012)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon faiblement positif (fig.2) ont été testés.




Figure 1. Echantillon négatif.




Figure 2. Echantillon positif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

2410187

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence

Hôpital Cochin, APHP

Date

28/11/2024

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
CHU COCHIN - HECU - HÔTEL COCHIN, APHP
TEL : 01 58 41 19 16 | Fax : 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr

