

# Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COVID-VIRO ALL IN	AS-COV-005	3770011742158

Numéro de Lot  
**I2410210**

Date de péremption  
**30/09/2027**

## Procédure de test


La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.CVA.09-C (20211217)**

## Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon positif COVID (fig.2) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.



**Figure 2.** Echantillon positif COVID.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **I2410210** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

**28/11/2024**

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biologique Automatisé - Biochimie  
GH COCHIN - BROCA - HÔTEL DIEU, APHP  
Tél : 01 58 41 19 19 | Fax : 01 58 41 31 84  
camille.gobeaux@aphp.fr