

# Certificat de Contrôle Qualité



Désignation	Référence	Code EAN
TROD'ANGINE - AAZ	TR-ANG-008	3770011742172


Numéro de Lot	Date de péremption
2407127	31/10/2026

## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : [AAZ.TA.09-E \(20240110\)](#)

## Contrôle des performances

Un échantillon positif (fig.1) et un échantillon négatif (fig.2) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon positif.

**Figure 2.** Echantillon négatif.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot [2407127](#) sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

06/01/2025

Signature et Tampon

