

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
TROD'ANGINE+ AAZ	TR-ANG-009	3770011742691

Numéro de Lot
2409257

Date de péremption
31/12/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TA.45-A (20240117)

Contrôle des performances

Un échantillon positif (fig.1) et un échantillon négatif (fig.2) ont été testés.



Figure 1. Echantillon positif.

Figure 2. Echantillon négatif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot 2409257 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

06/01/2025

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
DH COCHIN - IMROCA - HÔPITAL COCHIN, APHP
Tel. : 01 58 41 19 19 | Fax : 01 58 41 31 94
camille.gobeaux@cochin.aphp.fr

