

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	TR-CGR-001	3770011742288

Numéro de Lot

T-FR24001

Date de péremption

29/09/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.VT.09-D (20231003)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon faiblement positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif VRS.

Figure 3. Echantillon faiblement positif grippe.

Figure 4. Echantillon positif COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **T-FR24001** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

28/11/2024

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
GH COCHIN - BRDC - HÔTEL DIEU, HUPC
Tel : 01 58 41 19 19 Fax : 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr

