

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	AS-CGR-001	3770011742349

Numéro de Lot

T-FR24002

Date de péremption

31/08/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.AVT.09-A (20240711)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif VRS.

Figure 3. Echantillon positif

grippe.

Figure 4. Echantillon positif

COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

T-FR24002

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence

Hôpital Cochin, APHP

Date

28/11/2024

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien hospitalier
Service de Diagnostic Biomédical
Hôpital Cochin - BIOCÉA - HÔTEL DIEU AP-HP
Tél. : 01 58 41 19 16 Fax 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@chco.ap-hop.fr

Signature et Tampon