

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	AS-CGR-001	3770011742349

Numéro de Lot
T-FR24004

Date de péremption
31/08/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.AVT.09-A (20240711)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif VRS.

Figure 3. Echantillon positif grippe.

Figure 4. Echantillon positif COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **T-FR24004** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **28/11/2024**

Signature et Tampon



Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé et de l'Urgence
GH COCHIN - HROC - HÔTEL DIEZ, HUPC
Tél. : 01 58 41 13 16 | Fax : 01 58 41 21 54
camille.gobeaux@aphp.fr