

| Désignation | Référence | Code EAN |
|-------------------|------------|---------------|
| COVID-VIRO ALL IN | AS-COV-005 | 3770011742158 |

Numéro de Lot
E-FR24003

Date de péremption
30/09/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.CVA.09-C (20211217)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon positif COVID (fig.2) ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.




Figure 2. Echantillon positif COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **E-FR24003** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **28/11/2024**

Signature et Tampon


Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
 Praticien Hospitalier
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé
 HÔPITAL COCHIN - BIOC - HÔTEL DIEU HUPC
 Tél. : 01 58 41 13 15 | Fax : 01 58 41 31 54
 camille.gobeaux@aphp.fr