

# Certificat de Contrôle Qualité

| Désignation      | Référence  | Code EAN      |
|------------------|------------|---------------|
| COVID-VIRO - AAZ | TR-COV-006 | 3770011742042 |

| Numéro de Lot | Date de péremption |
|---------------|--------------------|
| V-FR24001     | 31/07/2027         |


## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :


AAZ.CV.09-O (20211012)

## Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon faiblement positif (fig.2) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.



**Figure 2.** Echantillon positif.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

**V-FR24001**

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

**28/11/2024**

Signature et Tampon

  
Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
DH COCHIN - BROCA - HÔPITAL COCHIN, APHP  
Tél : 01 55 41 19 15 / Fax 01 55 41 31 54  
camille.gobeaux@aphp.fr