

# Certificat de Contrôle Qualité

| Désignation          | Référence     | Code EAN      |
|----------------------|---------------|---------------|
| ALL IN TRIPLEX - AAZ | AS.CGR.001.FR | 3770011742349 |

Numéro de Lot  
**T-FR24007**

Date de péremption  
**30/11/2026**


## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

**AAZ.AVT.09-A**

## Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon positif VRS.

**Figure 3.** Echantillon positif grippe.

**Figure 4.** Echantillon positif COVID.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **T-FR24007** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

**12/03/2025**

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
GH COCHIN - BROCA - HOTEL DIEU HUPC  
Tél : 01 56 41 19 15 Fax 01 56 41 31 84  
camille.gobeaux@aphp.fr