

Certificat de Contrôle Qualité



Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	AS-CGR-003.UE1	3770011742288

Numéro de Lot

T-FR25001

Date de péremption

31/10/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.AVT.09-A

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif VRS.

Figure 3. Echantillon positif grippe.

Figure 4. Echantillon positif COVID.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

T-FR25001

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

12/03/2025

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien hospitalier
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin - Hôpital Port Royal
Tél : 01 58 41 19 19 | Fax : 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@chco.fr

Signature et Tampon