

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COV-GRIP - AAZ	TR-COG-001	3770011742073

Numéro de Lot	Date de péremption
2410194	30/09/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.CG.09-A (20201022)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon négatif.




Figure 2. Echantillon positif COVID.




Figure 3. Echantillon positif grippe.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

2410194

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence

Hôpital Cochin, APHP

Date

12/03/2025

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
Hôpital Cochin - APHP
Tél : 01 58 41 19 16 / Fax : 01 58 41 31 56
camille.gobeaux@aphp.fr