

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COV-GRIP - AAZ	TR-COG-001	3770011742073

Numéro de Lot
2411237

Date de péremption
31/10/2026

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.CG.09-A (20201022)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon faiblement positif grippe (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif COVID.

Figure 3. Echantillon faiblement positif grippe.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **2411237** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

12/03/2025

Signature et Tampon


Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin - APHP
Tel. : 01 56 41 19 16 Fax : 01 56 41 21 64
camille.gobeaux@aphp.fr