

# Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COVID-VIRO - AAZ	TR-COV-006	3770011742042

Numéro de Lot 2411175
--------------------------

Date de péremption 28/02/2027
----------------------------------


## Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :


AAZ.CV.09-O (20211012)

## Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1) et un échantillon faiblement positif (fig.2) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.



**Figure 2.** Echantillon positif.

## Conclusion

Les résultats du contrôle du lot

**2411175**

sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX

Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence

Hôpital Cochin, APHP

Date

**12/03/2025**

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Praticien Hospitalier  
Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
CHU COCHIN - BROCA - HÔTEL DIEZEL APHP  
Tél. : 01 58 41 19 16 | Fax : 01 58 41 31 84  
camille.gobeaux@aphp.fr