

Désignation	Référence	Code EAN
CYSTI'TEST - AAZ	TR-URI-002	3770011742479

Numéro de Lot	Date de péremption
N2409028	31/03/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

AAZ.TU.24-B

Contrôle des performances

Un échantillon positif leucocytes (fig.1), un échantillon positif nitrites (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.





Figure 1. Echantillon positif leucocytes

Figure 2. Echantillon positif nitrites

Figure 3. Echantillon négatif

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **N2409028** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

12/03/2025

Signature et Tampon



Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
HÔPITAL COCHIN - BROCA - HÔTEL DIEZEL, HUPC
Tel : 01 58 41 19 16 / Fax 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr