

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
TROD'ANGINE - AAZ	TR-ANG-008	3770011742172

Numéro de Lot	Date de péremption
2410141	03/01/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TA.09-E (20240110)

Contrôle des performances

Un échantillon positif (fig.1) et un échantillon négatif (fig.2) ont été testés.




Figure 1. Echantillon positif.

Figure 2. Echantillon négatif.

Conclusion


Les résultats du contrôle du lot 2410141 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

12/03/2025

Signature et Tampon


Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
OH COCHIN - BROCC - HOTEL DIEU, HUPIC
Tél : 01 56 41 19 16 / Fax : 01 56 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr