

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN DUO - AAZ	TR-COG-002	3770011742318

Numéro de Lot	Date de péremption
I2502140	31/08/2028

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.VD.09-B (20220901)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif COVID.

Figure 3. Echantillon positif grippe

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot I2502140 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

30/07/2025

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
CHU Cochin - IMPC - HCL TEL: 0033 1 42 76 14 30
Tél : 01 58 41 13 16 Fax: 01 58 41 31 84
camille.gobeaux@aphp.fr