

| Désignation          | Référence      | Code EAN      |
|----------------------|----------------|---------------|
| ALL IN TRIPLEX - AAZ | AS-CGR-001.UE1 | 3770011742288 |

**Numéro de Lot**  
T-FR25006

**Date de péremption**  
31/01/2027

**Procédure de test**

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.AVT.09-A**

**Contrôle des performances**

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon négatif.

**Figure 2.** Echantillon positif VRS.

**Figure 3.** Echantillon positif grippe.

**Figure 4.** Echantillon positif COVID.

**Conclusion**

Les résultats du contrôle du lot **T-FR25006** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date **30/07/2025**

Signature et Tampon

  
 Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
 Praticien Hospitalier  
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
 GH COCHIN - BROCA - HOTEL DIEU, HUPC  
 Tél. : 01 56 41 19 16 / Fax 01 56 41 31 84  
 camille.gobeaux@aphp.fr