

Désignation	Référence	Code EAN
ALL IN TRIPLEX - AAZ	AS-CGR-001.UE1	3770011742288

Numéro de Lot
T-FR25007

Date de péremption
31/01/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.AVT.09-A**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif VRS (fig.2), un échantillon positif grippe (fig.3) et un échantillon positif COVID ont été testés.



Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif VRS.

Figure 3. Echantillon positif grippe.

Figure 4. Echantillon positif COVID.


Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **T-FR25007** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **30/07/2025**

Signature et Tampon


 Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
 Praticien Hospitalier
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé
 GH COCHIN - BROCA - HOTEL DIEU, HAPC
 Tél. : 01 56 41 19 16 | Fax : 01 56 47 31 84
 camille.gobeaux@aphp.fr