

Désignation	Référence	Code EAN
CYSTI'TEST - AAZ	TR-URI-002	3770011742479

Numéro de Lot	Date de péremption
N2510014	31/03/2028

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TU.24-C (20250604)

Contrôle des performances

Un échantillon positif leucocytes (fig.1), un échantillon positif nitrites (fig.2) et un échantillon négatif (fig.3) ont été testés.



Figure 1. Echantillon positif leucocytes

Figure 2. Echantillon positif nitrites

Figure 3. Echantillon négatif.

Conclusion


Les résultats du contrôle du lot N2510014 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

03/12/2025

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Chimie Biologique Automatisée et de Biochimie
HÔPITAL COCHIN - PORT ROYAL - APHP
Tél. : 01 58 41 19 16 | Fax : 01 58 41 31 54
camille.gobeaux@aphp.fr



Signature et Tampon