

Désignation	Référence	Code EAN
CYSTI'TEST - AAZ	TR-URI-003	3770011742486

**Numéro de Lot**

**N2507010**

**Date de péremption**

**12/31/2027**

**Procédure de test**

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence :

**AAZ.TU.26-C (20250604)**

**Contrôle des performances**

Un échantillon positif leucocytes (fig.1), un échantillon positif nitrites, protéines (fig.2), un échantillon négatif (fig.3) et un échantillon négatif (fig.4) ont été testés.



**Figure 1.** Echantillon positif leucocytes.

**Figure 2.** Echantillon positif nitrites et sang.

**Figure 3.** Echantillon positif protéines.

**Figure 4.** Echantillon négatif.

**Conclusion**

Les résultats du contrôle du lot **N2507010** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence  
Hôpital Cochin, APHP

Date

**03/12/2025**

Signature et Tampon

  
 Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX  
 Praticien Hospitalier  
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé  
 GH COCHIN - HÔPITAL PORT ROYAL APHP  
 Tél. : 01 55 41 19 16 / Fax : 01 55 41 31 54  
 camille.gobeaux@aphp.fr