

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
COV-GRIP - AAZ	TR-COG-001	3770011742073

Numéro de Lot	Date de péremption
2601112	31/12/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : **AAZ.CG.09-A (20201022)**

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.




Figure 1. Echantillon négatif.




Figure 2. Echantillon positif COVID.




Figure 3. Echantillon positif grippe.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot **2601112** sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date **21/05/2026**

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Diagnostic Biologique Automatisé
GH COCHIN - BROCA - HOTEL DIEU, HUPC
Tél. : 01 56 41 19 10 / Fax : 01 56 41 31 04
camille.gobeaux@aphp.fr