

Certificat de Contrôle Qualité

Désignation	Référence	Code EAN
TROD'ANGINE - AAZ	TR-ANG-009-CNAM	3770011742691

Numéro de Lot
S-FR26002

Date de péremption
25/06/2028

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.TA.45-B (20251028)

Contrôle des performances

Un échantillon positif (fig.1) et un échantillon négatif (fig.2) ont été testés.




Figure 1. Echantillon positif.




Figure 2. Echantillon négatif.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot S-FR26002 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin, APHP

Date

21/05/2026

Signature et Tampon

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
Praticien Hospitalier
Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
Hôpital Cochin - APHP
Tél : 01 58 41 13 13 / Fax : 01 58 41 31 34
camille.gobeaux@aphp.fr